NEDERLANDS

WOUNDCLOT™

Advanced Bleeding Control™

OPLOSBAAR HEMOSTATISCH GAAS

Steriele inhoud

Omschrijving: WoundClot™ is een oplosbaar gaas op basis van cellulosestructuur. Het is volledig biocompatibel en wordt steriel geleverd. Als het in contact komt met vloeistoffen vormt het een kleefgel die uitzet en zich aan de wond hecht om bloedingen te beheersen.

WOUNDCLOT™

Wondgaas

Advanced Bleeding Control™

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK
WONDHULPMIDDEL (CE)

HEMOSTATISCH VERBAND VOOR NOODSITUATIES

Voor matige en ernstige traumatische bloedingen

Steriele inhoud

Productafmetingen: 10 X 10 cm (4 X 4 ”), 8 X 20 cm (3,1 X 8 ”), 8 X 100 cm (3,1 X 39 ”), 20 X 30 cm (8 X 12 ”). Indicaties: WoundClot™-wondgaas is bedoeld voor het onder controle houden van traumatische wonden, waaronder matige tot ernstige bloedingen. Voor gebruik door getrainde hulpverleners. Toepassing:



Open de verpakking en haal het WoundClot™-wondgaas eruit.



Houd het vast aan het puntige uiteinde.



Plaats het gaas voorzichtig in de wond en laat het gaas in bloed weken terwijl u het licht indrukt om het gaas in contact te brengen met het gebied van de bloeding.



Plaats indien nodig een spons of drukverband voorzichtig bovenop het WoundClot™-wondgaas om het op zijn plaats te houden totdat verdere behandeling wordt gegeven.

Als de bloeding aanhoudt, verwijdert u het verband en herhaalt u stap 1-4.

Verwijdering: Zodra hemostase is bereikt, verwijdert u het gaas door het met water of een zoutoplossing te verzadigen en verwijdert u vervolgens voorzichtig overtollig gaasmateriaal van de wond. Waarschuwingen: Het wordt aangeraden om de wond met water te reinigen voordat u WoundClot™ gebruikt. Het bloeden stopt niet altijd onmiddellijk. Als de bloeding aanhoudt, voeg dan een extra laag gaas toe en blijf een zachte constante druk uitoefenen.

- Niet opnieuw steriliseren
- WoundClot™ -gaas is een hulpmiddel voor eenmalig gebruik. Niet hergebruiken.
- Raadpleeg de gebruiksaanwijzing
- STERILE R Sterilisatie met behulp van bestraling
- Enkelvoudig steriel barrièresysteem met beschermende verpakking aan de binnenkant
- Niet gebruiken als de verpakking beschadigd is. Gegarandeerde steriliteit van de inhoud, tenzij de afzonderlijke verpakking beschadigd of geopend is.
- Niet gebruiken na de vervaldatum.
- Rx Only Alleen op recept
- Op een droge plaats bewaren
- LOT Partijcode
- REF Catalogusnummer
- MD Medisch hulpmiddel
- UDI Unieke apparaat-ID
- Fabrikant
- 5°c 41F 35°c 95F

CORE SCIENTIFIC CREATIONS

Fabrikant: Core Scientific Creations Ltd.
Kantoor: 29 Nahshon Street, Petah Tikva 4926918, Israel
Productieplaats: 6 Bahat Street, Petah Tikva,
4927149, Israel.
T: +972-3-7359555 I F: +972-3-7359544
info@wound-clot.com I www.woundclot.org

EU REP MedNet EC-REP III GmbH
Borkstrasse 10,48163 Münster, Germany

CH REP MedNet Swiss GmbH
D4 Platz 4, 6039 Root D4, Switzerland

CE 0483

FRANÇAIS

WOUNDCLOT™

Advanced Bleeding Control™

GAZE HÉMOSTATIQUE SOLUBLE

Contenu stérile

Description : WoundClot ™ est une gaze soluble, basée sur la structure de la cellulose. Elle est entièrement biocompatible et fournie stérile. Au contact des liquides, elle forme un gel adhésif qui se dilate et adhère à la plaie pour contrôler les saignements.

WOUNDCLOT™

Gaze pour traumatismes

Advanced Bleeding Control™

INSTRUCTIONS D’UTILISATION
DISPOSITIF POUR LES
TRAUMATISMES (CE)

PANSEMENT HÉMOSTATIQUE D’URGENCE

Pour les hémorragies traumatiques modérées et graves

Contenu stérile

Dimension du produit : 10X10 cm (4X4”), 8X20 cm (3,1X8”), 8X100 cm (3.1X39”), 20X30 cm (8X12”). Indications : La gaze pour traumatismes WoundClot™ est destinée au contrôle des saignements des plaies traumatiques, y compris les hémorragies modérées à graves. À utiliser par des intervenants d’urgence formés. Application :



Ouvrez le paquet et sortez la gaze pour traumatismes WoundClot™.



Tenez-la par l’extrémité pointue.



Placez doucement la gaze dans la plaie et laissez la gaze s’imprégner de sang tout en appuyant légèrement pour assurer un contact avec la zone blessée.



Si nécessaire, placez délicatement une éponge ou un bandage compressif sur la gaze pour traumatismes WoundClot™ pour la maintenir en place jusqu’à ce qu’un traitement complémentaire soit administré.



Si le saignement continue, retirez le pansement et répétez les étapes 1 à 4.

Retrait : Une fois l’hémostase obtenue, retirez la gaze en la saturant d’eau ou de solution saline, puis retirez délicatement l’excédent de gaze de la plaie. Précautions : Il est conseillé de nettoyer la plaie avec de l’eau avant d’utiliser WoundClot ™. Le saignement ne s’arrête pas toujours immédiatement. Si le saignement ne s’arrête pas, appliquez une couche supplémentaire de gaze et continuez à appliquer une pression modérée constante.

- Ne pas restériliser
- La gaze WoundClot™ est un dispositif à usage unique. Ne pas réutiliser.
- Consulter les instructions d’utilisation
- STERILE R Stérilisation par irradiation
- Système de barrière stérile unique avec emballage protecteur à l’intérieur
- Ne pas utiliser si l’emballage est endommagé. La stérilité du contenu est garantie, sauf si l’emballage individuel est endommagé ou ouvert.
- Ne pas utiliser après la date d’expiration.
- Rx Only Sur ordonnance uniquement
- Conserver dans un endroit sec
- LOT Code de lot
- REF Numéro de catalogue
- MD Dispositif médical
- UDI Identificateur unique du dispositif
- Fabricant
- 5°c 41F 35°c 95F

CORE SCIENTIFIC CREATIONS

Fabricant: Core Scientific Creations Ltd.
Bureau: 29 Nahshon Street, Petah Tikva 4926918, Israel
Lieu de fabrication: 6 Bahat Street, Petah Tikva,
4927149, Israel.
T: +972-3-7359555 I F: +972-3-7359544
info@wound-clot.com I www.woundclot.org

EU REP MedNet EC-REP III GmbH
Borkstrasse 10,48163 Münster, Germany

CH REP MedNet Swiss GmbH
D4 Platz 4, 6039 Root D4, Switzerland

CE 0483

ESPAÑOL

WOUNDCLOT™

Advanced Bleeding Control™

GASA HEMOSTÁTICA SOLUBLE

Contenido estéril

Descripción: WoundClot™ es una gasa soluble en agua basada en la estructura de la celulosa. Es totalmente biocompatible y estéril. En contacto con líquidos forma un gel adhesivo que se expande y se adhiere a la herida para el control del sangrado.

WOUNDCLOT™

Gasa para trauma

Advanced Bleeding Control™

INSTRUCCIONES DE USO
DISPOSITIVO PARA TRAUMA (CE)

APÓSITO HEMOSTÁTICO PARA EMERGENCIAS

Para hemorragias traumáticas moderadas y graves

Contenido estéril

Tamaño del producto: 10 X 10 cm (4 X 4”), 8 X 20 cm (3,1 X 8”), 8 X 100cm (3,1 X 39”), 20 X 30 cm (8 X 12”). Indicaciones: WoundClot™ Trauma Gauze está diseñado para el control de hemorragias de heridas traumáticas, incluidas las hemorragias de moderadas a graves. Para uso por personal de emergencia capacitado. Aplicación:



Abra el paquete y saque la gasa de trauma WoundClot™.



Sostenga por el extremo puntiagudo.



Coloque la gasa suavemente en la herida y deje que la gasa se sumerja en sangre mientras presiona ligeramente para poner la gasa en contacto con el área de sangrado.



Si es necesario, coloque una esponja o un vendaje a presión suavemente sobre la gasa para trauma WoundClot™ para asegurarla en su lugar hasta que se administre un tratamiento adicional.



Si el sangrado persiste, retire el apósito y repita los pasos 1-4.

Retirada: Una vez que se logra la hemostasia, retire saturando la gasa con agua o solución salina, luego retire suavemente cualquier exceso de material de gasa de la herida. Precaución: Se recomienda limpiar la herida con agua antes de usar WoundClot™. La hemorragia no siempre se detiene inmediatamente. Si el sangrado persiste, empaque una capa adicional de gasa y continúe aplicando una presión constante suave.

- No volver a esterilizar
- La gasa WoundClot™ es un dispositivo de un solo uso. No reutilizar.
- Consulte las instrucciones de uso
- STERILE R Esterilización por irradiación
- Sistema de barrera estéril única con embalaje protector en el interior
- No lo use si el paquete está dañado. Esterilidad del contenido garantizada a menos que el paquete individual esté dañado o abierto.
- No utilizar después de la fecha de caducidad.
- Rx Only Solo con receta médica
- Conservar en lugar seco
- LOT Código de lote
- REF Número de catálogo
- MD Dispositivo médico
- UDI Identificador único del dispositivo
- Fabricante
- 5°c 41F 35°c 95F

CORE SCIENTIFIC CREATIONS

Fabricante: Core Scientific Creations Ltd.
Oficina: 29 Nahshon Street, Petah Tikva 4926918, Israel
Sitio de fabricación: 6 Bahat Street, Petah Tikva,
4927149, Israel.
T: +972-3-7359555 I F: +972-3-7359544
info@wound-clot.com I www.woundclot.org

EU REP MedNet EC-REP III GmbH
Borkstrasse 10,48163 Münster, Germany

CH REP MedNet Swiss GmbH
D4 Platz 4, 6039 Root D4, Switzerland

CE 0483

ENGLISH | ITALIANO | NEDERLANDS | РУССКИЙ | FRANÇAIS | DEUTSCH | ESPAÑOL | ROMÂNĂ

WOUNDCLOT™ Trauma Gauze

Advanced Bleeding Control™

WOUNDCLOT™

Advanced Bleeding Control™

SOLUBLE HEMOSTATIC GAUZE

Sterile contents

Description: WoundClot ™ is a soluble gauze, based on cellulose structure. It is fully biocompatible and provided sterile. In contact with liquids it forms an adhesive gel which expands and adheres to the wound for bleeding control.

WOUNDCLOT™

Trauma Gauze

Advanced Bleeding Control™

INSTRUCTIONS FOR USE
TRAUMA DEVICE (CE)

EMERGENCY HEMOSTATIC DRESSING

For moderate and severe traumatic bleeding

Sterile contents

Product size: 10X10cm (4X4”), 8X20cm (3.1X8”), 8X100cm (3.1X39”), 20X30cm (8X12”). Indications: WoundClot™ Trauma Gauze is intended for bleeding control of traumatic wounds, including moderate to severe bleeding. For use by trained emergency responders. Application:

Open the pack and take out WoundClot™ trauma gauze.

Hold by pointed end.



Place the gauze gently into the wound and let the gauze soak in blood while pressing lightly to bring the gauze in contact with the bleeding area.



If required, place a sponge or pressure bandage gently on top of WoundClot™ trauma gauze to secure it in place until further treatment is given.



If bleeding persist, remove the dressing and repeat step 1-4.

Removal: Once hemostasis is achieved, remove by saturating the gauze with water or saline solution, then gently remove any excess gauze material away from the wound. Cautions: It is advised to clean the wound with water before using WoundClot ™. Bleeding does not always stop immediately. If the bleeding persists pack additional gauz e layer and continue to apply gentle constant pressure.

- Do not re-sterilize
- WoundClot™ gauze is a single use device. Do not reuse.
- Consult instruction for Use
- STERILE R Sterilization using Irradiation
- Single sterile barrier system with protective packaging inside
- Do not use if package is damaged. Sterility of contents guaranteed unless individual package is damaged or opened.
- Do not use after expiration date.
- Rx Only Prescription only
- Store in dry place
- LOT Batch code
- REF Catalog number
- MD Medical Device
- UDI Unique Device Identifier
- Manufacturer
- 5°c 41F 35°c 95F

CORE SCIENTIFIC CREATIONS

Manufacturer: Core Scientific Creations Ltd.
Office: 29 Nahshon Street, Petah Tikva 4926918, Israel
Manufacturing Site: 6 Bahat Street, Petah Tikva,
4927149, Israel.
T: +972-3-7359555 I F: +972-3-7359544
info@wound-clot.com I www.woundclot.org

EU REP MedNet EC-REP III GmbH
Borkstrasse 10,48163 Münster, Germany

CH REP MedNet Swiss GmbH
D4 Platz 4, 6039 Root D4, Switzerland

CE 0483

3013000008 Rev 9 | 01/02/2026

ROMÂNĂ

WOUNDCLOT™

Advanced Bleeding Control™ (Control avansat al sângerării)

PANSAMENT HEMOSTATIC SOLUBIL

Conținut steril

Descriere: WoundClot™ este un pansament solubil, bazat pe structura celulozei. Este complet biocompatibil și este furnizat steril. În contact cu lichidele, formează un gel adeziv care se extinde și aderă la rană pentru controlul sângerării.

WOUNDCLOT™

Pansament pentru traumatisme

Advanced Bleeding Control™

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE
DISPOZITIV PENTRU TRAUMATISME (CE)

PANSAMENT HEMOSTATIC DE URGENȚĂ

Pentru sângerări traumatice moderate și severe

Conținut steril

Dimensiunea produsului: 10 x 10 cm (4 X 4”), 8 x 20 cm (3,1 x 8”), 8 x 100 cm (3,1 x 39”), 20 x 30 cm (8 x 12”). Indicații: Pansamentul pentru traumatisme WoundClot™ este destinat pentru controlul sângerării la nivelul plăgilor traumatice, inclusiv sângerare moderată până la severă. Pentru utilizarea de către personalul de intervenție instruit în caz de urgență. Aplicare:



Deschideți ambalajul și scoateți pansamentul pentru traumatisme WoundClot™.



Țineți de capătul ascuțit.



Așezați pansamentul ușor pe rană și lăsați pansamentul să se înmoaie în sânge în timp ce apăsați ușor pentru a aduce pansamentul în contact cu zona de sângerare.



Dacă este necesar, puneți un burete sau un bandaj de presiune ușor pe partea superioară a pansamentului pentru traumatisme WoundClot™ pentru a-l fixa în poziție până când se administrează un tratament suplimentar.

Dacă sângerarea persistă, îndepărtați pansamentul și repetați pașii 1 - 4.

Îndepărtare: După obținerea hemostazei, îndepărtați pansamentul prin saturarea cu apă sau soluție salină, apoi îndepărtați ușor orice material în exces de pansament de pe rană. Atenționări: Se recomandă curățarea rănii cu apă înainte de a utiliza WoundClot™. Sângerarea nu se oprește întotdeauna imediat. Dacă sângerarea persistă, împachetați un strat suplimentar de pansament și continuați să aplicați o presiune constantă ușoară.

A nu se resteriliza

Pansamentul WoundClot™ este un dispozitiv de unică folosință. A nu se refolosi.

Consultați instrucțiunile de utilizare

STERILE R Sterilizare prin iradiere

Sistem de barieră sterilă unică cu ambalaj de protecție în interior

A nu se utiliza dacă ambalajul este deteriorat. Sterilitatea conținutului este garantată, cu excepția cazului în care ambalajul individual este deteriorat sau deschis.

A nu se utiliza după data expirării.

Numai pe bază de prescripție medicală

A se păstra la loc uscat

LOT Cod lot

REF Număr catalog

MD Dispozitiv medical

UDI Identificator unic de dispozitiv

Producător

5°c 41F 35°c 95F

CORE SCIENTIFIC CREATIONS

Producător: Core Scientific Creations Ltd.
Birou: 29 Nahshon Street, Petah Tikva 4926918, Israel
Loc de fabricație: 6 Bahat Street, Petah Tikva,
4927149, Israel.
T: +972-3-7359555 I F: +972-3-7359544
info@wound-clot.com I www.woundclot.org

EU REP MedNet EC-REP III GmbH
Borkstrasse 10,48163 Münster, Germany

CH REP MedNet Swiss GmbH
D4 Platz 4, 6039 Root D4, Switzerland

CE 0483

DEUTSCH

WOUNDCLOT™

Advanced Bleeding Control™

AUFLÖSBARE HÄMOSTATISCHE GAZE

Steriler Inhalt

Beschreibung: WoundClot™ ist eine auflösbare Gaze, die auf einer Zellulosestruktur basiert. Es ist vollständig biokompatibel und wird steril geliefert. Bei Kontakt mit Flüssigkeiten bildet es ein klebriges Gel, das sich ausdehnt und zur Blutstillung an der Wunde haftet.

WOUNDCLOT™

Trauma Gaze

Advanced Bleeding Control™

GEBRAUCHSANWEISUNG
TRAUMA PRODUKT (CE)

HÄMOSTATISCHER NOTFALLVERBAND

Bei mittelschweren und schweren traumatischen Blutungen

Steriler Inhalt

Produktgröße: 10 x 10 cm (4 x 4”), 8 x 20 cm (3,1 x 8”), 8 x 100 cm (3,1 x 39”), 20 x 30 cm (8 x 12”). Indikationen: WoundClot™ Trauma Gaze ist für die Blutstillung von traumatischen Wunden bestimmt, einschließlich mittelschwerer bis schwerer Blutungen. Zur Verwendung durch geschulte Notfallhelfer. Anwendung:



Öffnen Sie die Packung und nehmen Sie WoundClot™ Trauma Gaze heraus.



Halten Sie sie am spitzen Ende fest.



Legen Sie die Gaze vorsichtig in die Wunde und lassen Sie sie sich mit Blut tränken, während Sie leicht drücken, um die Gaze in Kontakt mit der blutenden Stelle zu bringen.



Legen Sie bei Bedarf einen Schwamm oder eine Druckbinde vorsichtig auf die WoundClot™ Trauma Gaze, um sie bis zur weiteren Behandlung zu fixieren.



Wenn die Blutung andauert, entfernen Sie den Verband und wiederholen Sie Schritt 1–4.

Entfernung: Sobald die Blutstillung erreicht ist, entfernen Sie die Gaze, indem Sie sie mit Wasser oder Kochsalzlösung tränken und dann das überschüssige Gaze-Material vorsichtig von der Wunde entfernen. Vorsichtsmaßnahmen: Es wird empfohlen, die Wunde vor der Anwendung von WoundClot™ mit Wasser zu reinigen. Die Blutung hört nicht immer sofort auf. Wenn die Blutung anhält, bringen Sie eine zusätzliche Gazeschicht auf und üben Sie weiterhin sanften, konstanten Druck aus.

Nicht erneut sterilisieren

WoundClot™ Gaze ist ein Einwegprodukt. Nicht wiederverwenden.

Gebrauchsanweisung lesen

STERILE R Sterilisation durch Bestrahlung

Einfaches steriles Barrieresystem mit Schutzverpackung im Inneren

Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist. Die Sterilität des Inhalts ist garantiert, es sei denn, die Einzelverpackung wurde beschädigt oder geöffnet.

Nicht nach dem Ablaufdatum verwenden.

Verschreibungspflichtig

An einem trockenen Ort aufbewahren

LOT Chargennummer

REF Katalognummer

MD Medizinisches Produkt

UDI Eindeutige Produktkennung

Hersteller

5°c 41F 35°c 95F

CORE SCIENTIFIC CREATIONS

Hersteller: Core Scientific Creations Ltd.
Büro: 29 Nahshon Street, Petah Tikva 4926918, Israel
Produktionsstätte: 6 Bahat Street, Petah Tikva,
4927149, Israel.
T: +972-3-7359555 I F: +972-3-7359544
info@wound-clot.com I www.woundclot.org

EU REP MedNet EC-REP III GmbH
Borkstrasse 10,48163 Münster, Germany

CH REP MedNet Swiss GmbH
D4 Platz 4, 6039 Root D4, Switzerland

CE 0483

РУССКИЙ

WOUNDCLOT™

Advanced Bleeding Control™

РАСТВОРИМАЯ ГЕМОСТАТИЧЕСКАЯ МАРЛЯ

Стерильное содержимое

Описание. WoundClot™ — это растворимая марля на основе целлюлозы. Она поставляется стерильной и является полностью биосовместимой. При контакте с жидкостями в ней образуется вязкий гель, который разбухает и затягивает рану, позволяя остановить кровотечение.

WOUNDCLOT™

Марля для остановки кровотечения при травмах

Advanced Bleeding Control™

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ИЗДЕЛИЕ ДЛЯ ОСТАНОВКИ КРОВОТЕЧЕНИЯ ПРИ ТРАВМАХ (CE)

ГЕМОСТАТИЧЕСКАЯ ПОВЯЗКА ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ В НЕОТЛОЖНЫХ СИТУАЦИЯХ

При умеренном и обильном травматическом кровотечении

Стерильное содержимое

Размер изделия: 10 × 10 см (4 × 4 дюйма), 8 × 20 см (3,1 × 8 дюймов), 8 × 100 см (3,1 × 39 дюймов), 20 × 30 см (8 × 12 дюймов). Показания. Марля для остановки кровотечения при травмах WoundClot™ предназначена для остановки травматического кровотечения, включая умеренное и обильное кровотечение. Для использования обученными сотрудниками неотложной медицинской помощи. Применение.



Откройте упаковку и извлеките марлю для остановки кровотечения при травмах WoundClot™.



Держите за острый конец.



Осторожно наложите марлю на рану и слегка прижмите, чтобы марля соприкоснулась с областью кровотечения и кровь пропитала марлю.



При необходимости аккуратно наложите на марлю для остановки кровотечения при травмах WoundClot™ гемостатическую губку или тугую повязку, чтобы зафиксировать марлю до проведения дальнейшего лечения.

Если кровотечение продолжается, снимите повязку и повторите шаги 1–4.

Удаление. По достижении гемостаза удалите марлю, предварительно смочив ее водой или физиологическим раствором, после чего осторожно удалите из раны остатки материала. Предостережения. Перед наложением марли WoundClot™ рекомендуется промыть рану водой. Кровотечение не всегда прекращается сразу после наложения повязки. Если кровотечение продолжается, положите еще один слой марли, продолжая постоянно осторожно прижимать изделие.

Не стерилизовать повторно

Марля WoundClot™ — это одноразовое изделие. Не использовать повторно.

Обратитесь к инструкции по применению

STERILE R Обратитесь к инструкции по применению

Единая стерильная барьерная система с защитной упаковкой внутри

Не использовать, если упаковка повреждена. Содержимое остается стерильным только при условии, что индивидуальная упаковка не повреждена и не вскрыта.

Не использовать по истечении срока годности.

Отпускается только по рецепту

Хранить в сухом месте

LOT Код партии

REF Номер по каталогу

MD Медицинское изделие

UDI Уникальный идентификатор устройства

Производитель

5°c 41F 35°c 95F

CORE SCIENTIFIC CREATIONS

Производитель: Core Scientific Creations Ltd.
Офис: 29 Nahshon Street, Petah Tikva 4926918, Israel
Место производства: 6 Bahat Street, Petah Tikva,
4927149, Israel.
T: +972-3-7359555 I F: +972-3-7359544
info@wound-clot.com I www.woundclot.org

EU REP MedNet EC-REP III GmbH
Borkstrasse 10,48163 Münster, Germany

CH REP MedNet Swiss GmbH
D4 Platz 4, 6039 Root D4, Switzerland

CE 0483

ITALIANO

WOUNDCLOT™

Advanced Bleeding Control™

GARZA EMOSTATICA SOLUBILE

Contenuto sterile

Descrizione: WoundClot™ è una garza solubile, a base di struttura di cellulosa. Completamente biocompatibile e fornita sterile. A contatto con liquidi forma un gel adesivo che si espande e aderisce alla ferita per il controllo del sanguinamento.

WOUNDCLOT™

Garza per traumi

Advanced Bleeding Control™

ISTRUZIONI PER L’USO
DISPOSITIVO PER TRAUMI (CE)

BENDAGGIO EMOSTATICO D’EMERGENZA

Per sanguinamento traumatico moderato e grave

Contenuto sterile

Dimensioni del prodotto: 10X10 cm (4X4”), 8X20 cm (3,1X8”), 8X100 cm (3,1X39”), 20X30 cm (8X12”). Indicazioni: La garza per traumi WoundClot™ è concepita per il controllo del sanguinamento in caso di ferite traumatiche, con sanguinamento da moderato a grave. Destinata all’uso da parte di operatori di pronto soccorso appositamente formati. Applicazione:



Aprire la confezione ed estrarre la garza per traumi WoundClot™.



Tenere dall’estremità a punta.

Posizionare delicatamente la garza sulla ferita e lasciare che si impregni di sangue premendo leggermente per portarla a contatto con l'area sanguinante.



Se necessario, posizionare delicatamente una spugna o un bendaggio compressivo sopra la garza per traumi WoundClot™ per fissarla in posizione fino a quando non viene somministrato un ulteriore trattamento.



Se il sanguinamento persiste, rimuovere la medicazione e ripetere i passaggi 1-4.

Rimozione: Una volta raggiunta l'emostasi, rimuovere la garza saturandola con acqua o soluzione salina, quindi rimuovere delicatamente l'eccesso di garza dalla ferita. Precauzioni: Prima di utilizzare WoundClot™ si consiglia di pulire la ferita con acqua. Il sanguinamento non sempre si arresta immediatamente. Se il sanguinamento non si arresta, sovrapporre ulteriori strati di garza e continuare ad applicare una pressione delicata e costante.

Non ri-sterilizzare

La garza WoundClot™ è un dispositivo monouso. Non riutilizzare.

Consultare le istruzioni per l’uso

STERILE R Sterilizzazione mediante irradiazione

Sistema a barriera singola sterile con confezione protettiva all’interno

Non utilizzare se la confezione è danneggiata. Sterilità del contenuto garantita a meno che la singola confezione non sia danneggiata o aperta.

Non utilizzare dopo la data di scadenza.

Solo dietro prescrizione medica

Conservare in un luogo asciutto

LOT Codice del lotto

REF Codice a catalogo

MD Dispositivo medico

UDI Identificativo univoco del dispositivo

Produttore

5°c 41F 35°c 95F

CORE SCIENTIFIC CREATIONS

Produttore: Core Scientific Creations Ltd.
Ufficio: 29 Nahshon Street, Petah Tikva 4926918, Israel
Sito di produzione: 6 Bahat Street, Petah Tikva,
4927149, Israel.
T: +972-3-7359555 I F: +972-3-7359544
info@wound-clot.com I www.woundclot.org

EU REP MedNet EC-REP III GmbH
Borkstrasse 10,48163 Münster, Germany

CH REP MedNet Swiss GmbH
D4 Platz 4, 6039 Root D4, Switzerland

CE 0483